

平成 21 年度 環境省環境放射線等 モニタリング調査等業務結果報告書

[空間 γ 線線量率及び大気浮遊じんの
全 α ・ 全 β 放射能濃度に係る調査結果]

平成 22 年 3 月

財団法人 日本分析センター

概要

環境省では、平成 13 年 1 月の省庁再編に伴い「放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定」が新たに文部科学省と共管事務となったことを受けて、平成 12 年度より環境放射線等モニタリングを実施している。

具体的には、従前より設置していた国設酸性雨測定所の施設を活用し、離島等の遠隔地を中心として、全国 10ヶ所の測定所に空間 γ 線測定装置及び大気浮遊じんの α 線・ β 線ダストモニタを設置し、それらをオンラインで接続し環境放射線に係る常時監視調査を実施している。また、測定所周辺において大気浮遊じんや土壤等の環境試料を定期的に採取し、ゲルマニウム半導体検出器による γ 線スペクトロメトリー並びにストロンチウム 90 及びセシウム 137 の放射化学分析による調査を実施している。

本報告書は、環境放射線等モニタリングの調査結果について、「環境放射線等モニタリングデータ評価検討会」の検討結果を踏まえ、とりまとめたものである。

調査結果の概要を以下に示す。

(1) 環境試料中の核種分析結果（平成 20 年 10 月～平成 21 年 9 月採取分）

γ 線スペクトロメトリーによって大気浮遊じん、大気降下物、土壤及び陸水を分析した結果、検出された人工放射性核種はセシウム 137 のみで、文部科学省が日本全国の水準を把握するために実施している環境放射能水準調査結果等の過去 3 年間の結果と同程度の結果であった。

また、ストロンチウム 90 及びセシウム 137 の放射化学分析の結果も同様に環境放射能水準調査結果等の結果と同程度の結果であった。

(2) 自動モニタリングによる測定データの監視結果（平成 21 年 1 月～12 月測定分）

- 1) 空間 γ 線線量率は過去 3 年間の測定結果と同程度の結果であった。人工放射性核種の影響は認められなかった。
- 2) 全 α ・全 β 放射能濃度は過去 3 年間の測定結果と同程度の結果であった。全 β / 全 α 放射能濃度比に異常は見られず、人工放射性核種の影響は認められなかった。

環境放射線等モニタリングデータ評価検討会

○環境放射線等モニタリングデータ評価検討会委員

委員長 小佐古 敏莊 東京大学大学院工学系研究科原子力専攻教授

委 員 五十嵐 康人 気象庁気象研究所環境・応用気象研究部第4研究室
主任研究官

石山 央存 新潟県放射線監視センター新潟分室
主任研究員

菊地 正光 独立行政法人日本原子力研究開発機構
東海研究開発センター原子力科学研究所
放射線管理部環境放射線管理課技術副主幹

住谷 秀一 独立行政法人日本原子力研究開発機構
東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所
放射線管理部環境監視課長

田中 敦 独立行政法人国立環境研究所化学環境研究領域
無機環境計測研究室主任研究員

本検討会の内容については、「平成21年度環境省環境放射線等モニタリング調査等業務結果報告書（別冊）」に記載している。

目 次

1. 調査の目的及び内容 -----	1
1.1 調査目的 -----	1
1.2 調査内容 -----	1
1.3 監視システム -----	1
1.3.1 監視システムの概要 -----	1
1.3.2 測定項目 -----	1
2. 自動測定データの評価・解析方法 -----	3
2.1 自動測定データの解析方法 -----	3
2.1.1 空間 γ 線線量率 -----	3
2.1.2 大気浮遊じんの全 α ・全 β 放射能濃度 -----	3
2.2 自動測定データの解析結果 -----	4
2.2.1 空間 γ 線線量率の解析結果 -----	4
2.2.2 大気浮遊じんの全 α ・全 β 放射能濃度の解析結果 -----	6
2.3 今後の課題 -----	10
3. モニタリング測定値に係る	
対応基準値（全 β /全 α 放射能濃度比）の設定について -----	11
3.1 自動測定装置の更新後の対応基準値の設定方法 -----	11
3.2 自動測定装置が更新された測定所の対応基準値の設定 -----	11
4. まとめ -----	12
4.1 空間 γ 線線量率 -----	12
4.2 大気浮遊じんの全 α ・全 β 放射能濃度 -----	12
4.3 対応基準値（全 β /全 α 放射能濃度比） -----	12
付録目次 -----	13
付録1 環境放射性物質監視システムの自動測定データについて -----	17
付録2 自動測定装置に係る諸データ -----	21
付録3 図表集 -----	27
付録4 空間 γ 線線量率及び大気浮遊じんの 全 α ・全 β 放射能濃度の変動要因について -----	75
付録5 対応基準値 -----	79
付録6 放射線測定装置 -----	83